



# EG-Zertifikat

Die SQS bescheinigt als benannte Stelle Kennnummer 1250,  
dass das Unternehmen

## PanGas AG CH-6252 Dagmersellen

bei Design, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb  
ein Qualitätssicherungssystem anwendet, welches  
folgende Anforderungen erfüllt

### ANHANG II.3

### EG-Richtlinie 93/42/EWG

Die Genehmigung beruht auf dem Ergebnis des Audits,  
welches im Auditbericht vom 5. Februar 2010  
dokumentiert ist.

Der Gültigkeitsbereich umfasst die Produkte

#### Klasse IIa:

Sauerstoffspender  
Injektorsauggeräte  
Stecker, Steckregler für med. Gase  
BM-, BLM-Regler  
Druckreduzierventile für mobile  
Sauerstoffversorgungen

#### Klasse IIb:

Medizinalgas-Versorgungssysteme

Die folgende CE-Kennzeichnung kann an diesen  
Produkten angebracht werden

## CE 1250

Voraussetzung für die Gültigkeit dieses Zertifikates ist eine  
regelmässige Überprüfung nach Anhang II.5.

Schweizerische Vereinigung für  
Qualitäts- und Management-Systeme SQS  
Bernstrasse 103, CH-3052 Zollikofen  
Ausgabedatum: 18. November 2010

Dieses SQS-Zertifikat hat Gültigkeit  
bis und mit 28. Februar 2011  
Registrierungsnummer 23936  
Freigabe PV Medical: 30. November 2010

T. Zahner, Geschäftsführer SQS

K. Schulze,  
Produktverantwortliche Medical

